

Odgovori na postavljena pitanja u vezi nabavke Instrumenti i pribor u laboratoriji 25830/1-8-41

U vezi konkursne dokumentacije za JN 25830/1-8-41 , molimo Vas da pojasnite sledeće :

1, stavka 17 - tražena je folija širina rolne 450 mm , dužina 150 m . S obzirom da su na tržištu dostupne folije širina 300-400 mm , molimo Vas da dozvolite neka odstupanja od ovih dimenzija kako bi konkurencija bila veća . Pošto je u pitanju velika partija ovako navedene dimenzije smanjuju konkurenciju .

2, Stavka 25 - Molimo Vas da pojasnite kakav kofer se traži i da navedete približne dimenzije koje su prihvatljive .

Pojašnjenje u vezi konkursne dokumentacije za JN 25830/1-8-41 :

Stavka 17 - tražena je folija širina rolne 450 mm , dužina 150 m, pošto u radu koristimo komade folije 150 x 150 mm i to su optimalne dimenzije kako bi folija bila maksimalno iskorišćena, bez suvišnih otpadaka.

Ni odstupanja po pitanju debljine folije nisu dozvoljena pošto je u našem radu precizno definisana njena namena.

Po našim saznanjima na tržištu su dostupne folije traženih dimenzija te njihovim preciziranjem nije ugrožena konkurencija ponuđača.

Stavka 25 - Prihvatljive dimenzije plastičnog kofera su 50x30x20cm ili približno. Organizer treba da ima 3 pregrade, po mogućstvu 1 veća i 2 manje.