

**PREDMET: TEHNICKA POJASNJENJA U VEZI JAVNE NABAVKE DOBARA**

**MERAČ PROTOKA - NABAVKA BROJ 9880/1-8-6**

Poštovani,

Nakon uvida u konkursnu dokumentaciju JN br. 9880/1-8-6 u delu Tehničke specifikacije sa detaljnim opisom dobara, Tabela - deo II, pozicija 1, molimo Vas za dodatna pojašnjenja:

- 1. Merno područje: 0,01-30,0 m/s;**  
*Potrebno je dodatno objašnjenje, obzirom da tečni fluidi, a posebno voda, nikada ne prelaze 10,0m/s;*
- 2. Preciznost: traži se za brzinu na 3 (tri) decimale, za protok na 2 (dve) decimale,**  
*da li pod tim navodom podrazumevate precizno očitavanje vrednosti izmerene srednje brzine fluida u hiljaditim delovima, odnosno trenutnog protoka fluida u stodom delovima setovanih jedinica?*
- 3. Tačnost +/- 0,5% Na koju fizičku karakteristiku se odnosi ovaj navod?**  
*Da li to podrazumeva procentualno odstupanje od trenutne izmerene vrednosti?  
Za navedeno merno područje, a posebno za oblast veoma niskih brzina proticanja, kao što je između 0,01 i 0,1 m/s navedena karakteristika gubi smisao i realnost. Ukoliko ostajete pri navedenom zahtevu, predlažemo da od učesnika u tenderu koji deklarišu i potvrđuju navedene karakteristike, kao obavezan prilog zatražite tipični kalibracioni sertifikat iz koga se može zaključiti koja akreditovana kompanija ga je izdala.*
- 4. Operativni jezik:**  
*Engleski, nemački...*
- 5. Posebne napomene: uređaj mora imati mogućnost provere konfiguracije i prikaza rezultata (FieldCare softver)...**  
*Ovo je unapred precizirana robna marka (Brand Name) a samim tim i favorizovani dobavljač, što je u suprotnosti sa ZJN?*

Поштовани,

Одговор (на питања под редним бројем 1-5)

На основу Вашег питања извршена је измена конкурсне документације у делу Техничке спецификације са детаљним описом добара

Срдачан поздрав,

Комисија за ЈН број 9880/1-8-6